La stérilisation

Gestion au quotidien de la stérilisation et de sa traçabilité

Fini ☺))))) le cahier papier





Module de stérilisation

- Il faut pouvoir effectuer la traçabilité de la stérilisation des instruments utilisés pour un patient
- Il faut pouvoir dire quel instrument (ou à défaut quel type d'instrument) a été utilisé et montrer qu'il a été stérilisé/emballé dans les normes (notamment la péremption)

Module de stérilisation

- Il n'est pas question d'identifier chaque instrument
- L'objectif est de pouvoir répondre à la question : "est-ce que le matériel utilisé pour Mme Duschmoll le 16/09/2025 était stérile ?

Le module de stérilisation de LOGOSw

- Va nous permettre de répondre de façon simple à nos obligations en matière de traçabilité de la stérilisation
- Va nous permettre de tracer les articles stérilisés et emballés
- Outil fiable et rapide grâce auquel la traçabilité de la stérilisation va devenir un véritable plaisir !...

Le module de stérilisation de LOGOSw

- Le temps nécessaire à la saisie des données et au transfert vers les fiches patients est réduit au minimum

Le module de stérilisation de LOGOSw

- Bien que pouvant être réalisée manuellement de façon simple, la traçabilité de la stérilisation sera facilitée avec
  - Une douchette-lecteur codes barres
  - Une imprimante dédiée, pour imprimer les étiquettes codes barres

Un lecteur codes barres

Conseil

Pour la traçabilité...

Scanners de codes barre

LOGOSw fonctionne avec une grande variété de lecteurs de codes barre : 1D, 2D, en filaire ou sans fil etc.
Il est utile de privilégier un modèle adapté à votre organisation.

Avant de choisir un article, vérifiez bien en particulier que :

- ✔ le modèle lit les codes 2D (QR code et Datamatrix), si vous avez besoin de lire des Carte Vitale sur smartphone, ou bien des attestations de mutuelle
- ✔ le modèle est fourni avec son câble USB (pour les modèles filaires).
  Attention à ne pas prendre de modèle avec la mention "RS-232"
- ✔ le lecteur est livrés avec une base, ou bien un socle pour une lecture sans manipulation, si vous le souhaitez

Voici quelques références que nous avons retenues :

Kapelse KAP-ECV
Lit des codes barre 1D, 2D et NFC
Utilise une connexion USB type A

optimisé pour LOGOSw

traçabilité Logosw
lecture carte Evitale
sans contact NFC
codes barres



agrandir

Sur Lecteur-Sesam

Datalogic QuickScan QD2430/QD2590
Codes barre 1D ou 2D
Utilise une connexion USB type A
voir le manuel de configuration (anglais)

traçabilité Logosw
lecture carte Evitale
codes barres



agrandir

via FNAC sans socle | sur Amazon avec socle | sur LDLC avec socle

Datalogic TD1120
Codes barre 1D uniquement
Utilise une connexion USB type A

traçabilité Logosw
codes barre linéaires



agrandir

via FNAC, avec ou sans socle | sur Amazon avec base | sur LDLC avec socle

Pour les étiquettes codes barres

Conseil

Imprimante d'étiquettes

Imprimante d'étiquettes Dymo 550

Utilise une connexion USB type A
Attention, il semble que les imprimantes Dymo récentes vous imposeront d'acheter des étiquettes de la même marque



agrandir

sur Bruneau | sur Maxiburo | sur Amazon | sur LDLC

Imprimante d'étiquettes Brother QL700

Utilise une connexion USB type A



agrandir

sur Bruneau | sur Maxiburo | sur Amazon | sur LDLC

Rouleau d'étiquettes

Rouleau d'étiquettes Dymo comptabiles.
Les liens proposés correspondent à des étiquettes au format 54x25 mm (ref. Dymo S0722520).
Vous pouvez opter pour un autre format, mais il est préférable de conserver des dimensions raisonnables.



sur Bruneau | sur Maxiburo | sur Amazon

Pour les étiquettes codes barres

- Possibilité d'utiliser tout modèle d'imprimantes permettant d'imprimer des codes barres dans une taille suffisante pour pouvoir être lus facilement par la douchette
- **Minimum conseillé pour les étiquettes** : 55 mm par 25 mm

Imprimante codes barres


- Un maximum de confort sera obtenu avec une imprimante dédiée, de n'importe quel modèle
- Modèle d'étiquettes utilisé personnellement : 85 x 35 réf 99012



Un lecteur codes barres


- Un simple bip de douchette sur le code barre du sachet utilisé au fauteuil suffit dans le dossier du patient en cours pour ouvrir la fenêtre de traçabilité et la renseigner

La stérilisation




⇨ La stérilisation peut être appelée par Outils – Stérilisation

La stérilisation





⇨ La stérilisation peut être appelée par l'icône de la barre d'icônes de la fenêtre principale

La stérilisation




⇨ Pour appeler la stérilisation à partir de la fenêtre principale, son icône doit avoir été rendu actif à partir de "Outils - Profils utilisateurs – Interface - Barre d'icônes"












Raccourci d'accès




- Clic sur l'icône "outils"
- Accès direct à la fenêtre des icônes



Lancement du module de stérilisation à partir de LOGOSw



- Apparition de l'icône "Stérilisation" représenté par un nuage dans la barre d'outils en haut de la fenêtre principale




⇨Un clic sur l'icône **Stérilisation**

⇨Ouverture de la fenêtre principale du module de stérilisation




Fenêtre principale


La stérilisation





- Dans la barre de titre une série d'icônes
  - Quitter pour sortir du module de stérilisation
  - Re-stérilisation d'articles périmés
  - Nombre d'articles périmés dans moins de 7 jours
  - Import de fichiers d'une carte de stérilisateur
  - Recherches Historique
  - Stérilisateurs et maintenance
  - Aide

La stérilisation




Quitter
Re-stérilisation d'articles périmés
50
Import de fichiers
Recherches Historique
Stérilisateurs et maintenance
Aide
Gestion des péremptions
Rechercher les articles non utilisés et périmés dans (jours) :
7
Réaliser la recherche
Re-stérilisation réalisée
Désignation
Numéro
Ref. cycle
Emballage
Péremption
ELEVATE
ELEVATE
CURETT
PINCE C
DAVIER
DAVIER
DAVIER
Re-stérilisation d'articles périmés :
Liste des articles à re-stériliser dans (n)… jours
On coche un à un lorsque les articles ont été re-stérilisés ou on utilise «Tout cocher ou Ne rien cocher»
On valide par Valider
La liste est remise à jour
Tout cocher
Ne rien cocher
Vous pouvez aussi directement scanner les étiquettes
Valider
Annuler
Imprimer
Afficher cette liste sur ce poste au démarrage de LOGOSw



Quitter
Re-stérilisation d'articles périmés
50
Import de fichiers
Recherches Historique
Stérilisateurs et maintenance
Aide
Gestion des péremptions
Rechercher les articles non utilisés et périmés dans (jours) :
7
Réaliser la recherche
Re-stérilisation réalisée
Désignation
Numéro
Ref. cycle
Emballage
Péremption
ELEVATEUR COUR
ELEVATEUR COUR
CURETTE
PINCE COUPE OS
DAVIER HAUT MO
DAVIER BAS MOL
DAVIER BAS MOL
⇨ Re-stérilisation d'articles périmés :
⇨ Si la case Afficher cette liste sur ce poste au démarrage de LOGOSw
⇨ La liste des instruments qui seront périmés à re-stériliser s'affichera à l'ouverture de LOGOSw
Tout cocher
Ne rien cocher
Vous pouvez aussi directement scanner les étiquettes
Valider
Annuler
Imprimer
Afficher cette liste sur ce poste au démarrage de LOGOSw



⇨Import de fichiers

⇨Pour associer les fichiers de la carte mémoire de vos stérilisateurs-autoclaves


La stérilisation




⇨ Recherches Historique

- ⇨ Par référence de stérilisation
- ⇨ Par numéro de cycle
- ⇨ Par code barre
- ⇨ Par articles utilisés pour un patient
- ⇨ Par article utilisé à une date
- ⇨ Par article non utilisé et périmé dans (n) jours

La stérilisation




La stérilisation




- Recherche des articles stérilisés utilisés pour un patient donné
- Clic sur l'ampoule en bout de champ
- Rechercher
- Sélection du patient puis double clic ou Valider
- Puis clic sur "Réaliser la recherche"

La stérilisation




- Recherche les articles stérilisés non utilisés et périmés dans n… jours
- Gestion des péremptions

La stérilisation




- Les différents stérilisateurs-autoclaves présents dans le cabinet
- Ajouter pour ajouter un stérilisateur-autoclave nouveau

La stérilisation




La stérilisation



- La fréquence d'entretien de chaque stérilisateur en nombre de cycles
  - Nettoyage
  - Maintenance

La stérilisation




La stérilisation




- Deux parties
- Un split vertical sur le milieu de la fenêtre de stérilisation, permettra à chacun d'optimiser l'affichage selon son moniteur

La stérilisation


- Dans la partie gauche
- Deux onglets avec deux interfaces de traçabilité
  - Une interface de traçabilité simplifiée = Onglet **Articles libres**
  - Et une interface de traçabilité complète = **Mon inventaire**






La stérilisation

- La différence entre ces deux interfaces réside essentiellement dans la différenciation des instruments
- Pour l'une on aura juste "article non défini"
- Pour l'autre on aura le nom de chaque article
- Un clic sur l'une des deux barres de choix vous ouvre le volet correspondant




La stérilisation



- La différence entre ces deux interfaces réside essentiellement dans la différenciation des instruments
- Pour l'une on aura juste "article non défini"
- Pour l'autre on aura le nom de chaque article
- Un clic sur l'une des deux barres de choix vous ouvre le volet correspondant

La stérilisation


Articles libres



- L'onglet **Articles libres** (traçabilité simplifiée), permet de répondre au cahier des charges minimal de la traçabilité : faire le lien entre les patients et les lots de stérilisation
- Permet d'être en règle vis-à-vis de la réglementation et peut largement suffire, si c'est le seul but recherché

La stérilisation


Articles libres



Comporte uniquement le nombre d'articles présents dans le cycle
et
la durée de validité de la stérilisation

La stérilisation


Articles libres



Le calcul pour la durée de stérilisation induisant la date de péremption pourra se faire avec ou sans critères plus précis

La stérilisation

Articles libres





⇨ Durée de stérilisation fonction


- ⇨ Du protecteur
- ⇨ De l'emballage
- ⇨ Du stockage
- ⇨ Du lieu de stockage


La stérilisation


Articles libres












La stérilisation

Articles libres



Quitter | Import de fichiers | Recherches Historique | Stérilisateurs et maintenance | Aide

Articles libres | Mon inventaire | Créer un cycle

Nombre d'articles à ajouter : 50

Péremption (en jours): 30 Calculer

Date	Heure	Type	N° de cycle	Référence	Stérilisateur	Mode
01/10/2025	17:27	Stérilisation	000 000 482		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.
01/10/2025	16:34	Stérilisation	000 000 481		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.
05/09/2018	09:14	Stérilisation	000 000 480		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.
06/08/2018	09:29	Stérilisation	000 000 479		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.
01/08/2018	09:43	Stérilisation	000 000 478		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.
26/06/2018	09:02	Stérilisation	000 000 477		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.

N° de cycle : 000 000 482 | Modifier le cycle | Imprimer la fiche du cycle

Opérateur : NC | Le : 01/10/2025 | à : 17:27 | Invalider | Supprimer le cycle

Type de cycle: Cycle de stérilisation | Stérilisateur : UNIDENT AQUARIUS 40B

Mode : Vapeur - Prions 134°C 18 min. | Référence :

Complément : | Documents : | Déposez directement les fichiers ici

Imprimer les étiquettes des articles


50 articles contenus dans le cycle (ctrl+clic pour sélectionner plusieurs lignes)

Désignation	Numéro	Emballage	Péremption	Utilisé pour	Praticien	Date d'utilisation	Patient
Article non défini	000 000 482 001		31/10/2025				
Article non défini	000 000 482 002		31/10/2025				
Article non défini	000 000 482 003		31/10/2025				
Article non défini	000 000 482 004		31/10/2025				
Article non défini	000 000 482 005		31/10/2025				
Article non défini	000 000 482 017		31/10/2025				
Article non défini	000 000 482 018		31/10/2025				
Article non défini	000 000 482 019		31/10/2025				

La partie droite permet de gérer l'ensemble des cycles de stérilisation

La stérilisation

Articles libres




Dans la partie supérieure
la liste des cycles de stérilisations
effectués qui peut être triée
par ordre de date (ou ordre inversé)

Date	Heure	Type	N° de cycle	Référence	Stérilisateur	Mode
02/10/2025	15:29	Stérilisation	000 000 483		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.
01/10/2025	17:27	Stérilisation	000 000 482		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.
05/09/2018	09:14	Stérilisation	000 000 480		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.
06/08/2018	09:29	Stérilisation	000 000 479		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.

La stérilisation


Articles libres



Dans la partie centrale
le descriptif, la fiche du cycle de stérilisation

La stérilisation


Articles libres




Dans la partie inférieure
Les articles du cycle
de stérilisation avec
La mention article non défini

La stérilisation

Articles libres






Dans la partie droite
En haut pour créer un nouveau cycle


La stérilisation

Articles libres



La stérilisation


Articles libres



En fonction des données mises dans **Stérilisateurs et maintenance**, des rappels de maintenance à réaliser


La stérilisation

Articles libres




La stérilisation

Articles libres



La stérilisation


Articles libres



Certains champs sont remplis par défaut et gardés en mémoire pour un prochain cycle de stérilisation, mais modifiables
Les autres sont à remplir

La stérilisation

Articles libres



Stérilisation LOGOSw - Docteur Ninon CREMONINI

Quitter | Import de fichiers | Recherches Historique | Stérilisateurs et maintenance | Aide

Articles libres | Mon inventaire

Liste des cycles stérilisation | Créer un cycle

Date	Heure	Type	N° de cycle	Stérilisateur	Mode
05/09/2018	09:14	Stérilisation	000 000 480		Vapeur - Prions 134°C 18 min.

Liste des cycles stérilisations

+ Créer un cycle

Date | Type | N° de cycle

Automatique

N° de cycle : 000 000 482

Imprimer la fiche du cycle

Opérateur : NC | Le : 01/10/2025 | à : 17:27

⇨ **Numéro de cycle** : donné par le logiciel, non modifiable à incrémentation automatique


Déposez directement les fichiers ici


Imprimer les étiquettes des articles

Scanner | Importer... | Code...

La stérilisation

Articles libres







⇨**Opérateur** : les initiales de l'opérateur, remplissage automatique, mais modifiable

La stérilisation

Articles libres







⇨**Date** : par défaut la date du jour mais modifiable par le calendrier à droite

La stérilisation

Articles libres







⇨**Heure** : par défaut heure de la saisie, mais modifiable

La stérilisation

Articles libres







⇨ **Type de cycle** : par défaut cycle de stérilisation

⇨ Les cycles de test (Bowie&Dick, test Helix etc…) pourront être tracés au sein même du module de stérilisation (avec possibilité de stocker les photos ou scans des résultats)

La stérilisation

Articles libres







- **Mode** : à remplir par le combo box
- Remplissage obligatoire

La stérilisation

Articles libres






⇨ L'ampoule jaune en bout de champ permet d'ajouter ou de détruire des modes de stérilisation

La stérilisation

Articles libres





⇨ **Complément** : à remplir par le combo box

⇨ Remplissage obligatoire

La stérilisation

Articles libres







Stérilisateur ou autoclave utilisé
Référence de celui-ci
Remplissage automatique, après la première fois, mais modifiable
L'ampoule jaune en bout de champ permet d'ajouter, de détruire un stérilisateur

La stérilisation

Articles libres







Référence : À remplissage optionnel
Numéro du cycle interne au stérilisateur
(ou tout autre repère de son choix)

La stérilisation

Articles libres







- Mettre la péremption en nombre de jours (donnée sauvegardée d'un cycle à l'autre, mais modifiable)
- Mettre le nombre d'articles emballés à stériliser et clic sur la flèche verte pointée vers la droite

La stérilisation


Articles libres






La stérilisation

Articles libres






Possibilité d'ajouter un ou des article(s) dans le cycle de stérilisation en cours de création
Sélection et clic sur flèche verte vers la droite


La stérilisation


Articles libres



Si on a oublié un article dans un cycle de stérilisation sauvegardé
Sélection du cycle
Modifier le cycle
On rajoute

Sélection du cycle
puis clic sur "Modifier le cycle"






La stérilisation



La stérilisation

Articles libres



Liste des cycles stérilisations

Créer un cycle


- Quand tous les articles sont mis dans le cycle de stérilisation
- Clic sur "Sauver le cycle"
- Ou "Annuler" si on a fait une erreur

Sauver le cycle

Annuler

La stérilisation


Articles libres




- ⇨ Quand le cycle de stérilisation est terminé
- ⇨ On vérifie les testeurs placés dans l'autoclave
- ⇨ On sélectionne dans le module de stérilisation le cycle qui vient d'être terminé
- ⇨ Clic sur **modifier le cycle**

La stérilisation


Articles libres





La stérilisation


Articles libres




- ⇨ Dans **Compléments** :
- ⇨ Indicateur test prions, conforme ou non-conforme
- ⇨ L'ampoule à droite du champ ouvrant la fenêtre des compléments permettant d'ajouter ou de supprimer des compléments
- ⇨ Dans cette case, on pourra éventuellement mettre les incidents, des indications complémentaires …

La stérilisation

Articles libres







Modifier un cycle de stérilisation pour rajouter des documents par exemple

La stérilisation

Articles libres




Documents reliés au cycle de stérilisation que l'on peut
Scanner
Importer
Lire par un code barre



La stérilisation

Articles libres




- **Documents**
- On scanne le ticket de stérilisation (scan intégré), le test-prions…
- On importe le fichier informatique de la carte-mémoire ou tout autre fichier informatique
- Les documents sont associés au cycle de stérilisation

La stérilisation


Articles libres

- Quand tous les documents que l'on veut associer sont rentrés et que tout est rempli
- Clic sur Sauver le cycle
- Le cycle de stérilisation est enregistré




La stérilisation

Articles libres




Le cycle s'est mal passé
Clic sur Invalider
Message de confirmation
Cycle invalidé
On en garde une trace




Le numéro de cycle est conservé
Le cycle est noté "invalidé"

La stérilisation


Articles libres




Cycle invalidé
On en garde une trace



Le numéro de cycle est conservé
Le cycle est noté "invalidé"









Tous les articles du cycle sont cochés comme à re-stériliser

La stérilisation

Articles libres







Le cycle s'est mal passé
Clic sur Supprimer le cycle
Message de confirmation
Cycle supprimé
Plus de trace

La stérilisation

Articles libres






⇨ **Imprimer la fiche du cycle** : pour imprimer la fiche du cycle sélectionné

La stérilisation

Articles libres



Stérilisation LOGOSw - Doc

Quitter

Articles libres | Mon inventaire

Re-stérilisation d'articles périmés | Import de fichiers | Recherches Historique | Stérilisateurs et maintenance | Aide


Liste des cycles stérilisatio | Créer un cycle


Date	Heure	Type	N° de cycle	Référence	Stérilisateur	Mode
05/09/2018	09:14	Stérilisation	000 000 480		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.
06/08/2018	09:29	Stérilisation	000 000 479		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.

N° de cycle : 000 000 482

Opérateur : NC Le : 01/10/2025 à : 17:27

Imprimer la fiche du cycle






Documents :


Un clic droit donne une prévisualisation de l'impression

La stérilisation

Articles libres




Quand le cycle
s'est bien passé
Impression des étiquettes




La stérilisation

Articles libres




Possibilité d'imprimer
qu'une seule étiquette
Sélection de l'article
Petite flèche en bout de champ
Imprimer



La stérilisation

Articles libres



- Autre façon : Si on ne veut imprimer qu'une seule étiquette
- Après sélection du cycle de stérilisation
- Clic droit sur l'article dont l'étiquette est à refaire
- Clic sur "Imprimer l'étiquette sélectionnée"

La stérilisation


Articles libres




- ⇨ Le cycle de stérilisation étant créé et valide
- ⇨ Il ne restera plus qu'à imprimer les étiquettes à codes-barres qui seront collées sur les sachets stérilisés

La stérilisation

Articles libres






Impression des étiquettes de codes barres

Celles-ci seront alors collées sur les articles stérilisés

Aucun intérêt d'imprimer les étiquettes avant la stérilisation


Si le cycle est à refaire pour quelque raison que ce soit, il faudrait jeter les étiquettes et refaire une impression avec les paramètres du nouveau cycle

La stérilisation




La stérilisation

- La différence entre ces deux interfaces réside essentiellement dans la différenciation des instruments
- Pour l'une on aura juste "article non défini"
- Pour l'autre on aura le nom de chaque article
- Un clic sur l'une des deux barres de choix vous ouvre le volet correspondant



La stérilisation


Mon inventaire



- Dans la partie gauche la liste de tous les instruments
- Possibilité de tri selon critères

La stérilisation


Mon inventaire




⇨ En bout de champ une petite étoile qui passe en jaune quand l'instrument a été noté dans la liste des favoris

La stérilisation

Mon inventaire







En premier nécessité de créer la liste de l'ensemble des instruments et regroupements d'instruments susceptibles d'être stérilisés

La stérilisation

Mon inventaire







⇨ Nécessite la saisie préalable de tous les instruments stérilisables du cabinet

⇨ Il va donc falloir en premier, établir le stock d'instruments à stériliser

La stérilisation

Mon inventaire







⇨ On saisit d'abord les instruments seuls, un par un, que l'on pourra ensuite réunir dans des "regroupements" qui correspondent à nos boites, cassettes, voire simplement aux instruments qui sont stérilisés systématiquement ensemble, dans le même sachet (kit d'examen par exemple)

La stérilisation

Mon inventaire






- Il faut une liste complète et exhaustive de TOUS les instruments que l'on stérilise
  - Instruments de chirurgie.....
  - Instruments d'ODF .....
  - Instruments d'implantologie .....
  - Instruments d'endodontie .....
  - Instruments de prothèse .....
  - Instruments de parodontologie ... ...

La stérilisation

Mon inventaire



Stérilisation LOGOSw - Docteur Ninon CREMONINI

Quitter | Import de fichiers | Recherches Historique | Stérilisateurs et maintenance | Aide

Articles libres | Mon inventaire

Tous les articles

Désignation des articles (sélection multiple par CTRL+clic)

Type d'article	Désignation	Favoris
Instrument	ARRACHE COURONNE	
Instrument	CISEAU	
Instrument	CISEAUX A SUTURES	
Instrument	CONTRE ANGLE BLEU	
Instrument	CONTRE ANGLE ROUGE	
Instrument	CONTRE ANGLE VERT	
Instrument	CURETTE	
Instrument	DAVIER BAS ENFANT	
Instrument	DAVIER BAS INCISIVE	
Instrument	DAVIER BAS MOLAIRE	
Instrument	DAVIER BAS PREMOLAIRE	
Instrument	DAVIER BAS RACINE	
Instrument	INSERT EMS DET	
Regroupement	KIT ENDO	
Regroupement	KIT EXAMEN SI	
Regroupement	KIT SOINS	
Instrument	MANCHE SCAL	
Instrument	MIROIR	
Instrument	PIECE A MAIN	
Instrument	PINCE COUPE C	

Créer | Modifier | Supprimer

Liste des cycles stérilisations — Créer un cycle

Date	Heure	Type	N° de cycle	Référence	Stérilisateur	Mode
06/10/2025	08:04	Stérilisation	000 000 485		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.
04/10/2025	09:51	Stérilisation	000 000 484		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.
10/07/2025	07:00	Stérilisation	000 000 482		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.
05/09/2018	09:14	Stérilisation	000 000 480		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.
06/08/2018	09:29	Stérilisation	000 000 479		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.
01/08/2018	09:43	Stérilisation	000 000 478		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.

N° de cycle : 000 000 480 — Modifier le cycle

Opérateur : NC — Le : 05/09/2018 à : 09:14


Imprimer la fiche du cycle | Invalider | Supprimer le cycle

Type de cycle : Cycle de stérilisation — Stérilisateur : UNIDENT AQUARIUS 40B

Mode : Vapeur - Prions 134°C 18 min. — Référence :

Patient


RRO Paule
OYAT Gisele
OYAT Gisele
RRO Paule




Clic sur "Créer"

La stérilisation


Mon inventaire






La stérilisation


Mon inventaire





La stérilisation

Mon inventaire





⇨ **Désignation : nom de l'instrument**

- ⇨ Pas de lettres en minuscules
- ⇨ Chiffres et symboles (tirets etc...) possibles

La stérilisation

Mon inventaire







⇨**Photo :** possibilité en cliquant sur l'ampoule à droite d'y associer une photo mise dans un répertoire du disque dur

La stérilisation

Mon inventaire






⇨ **Fabricant : case à remplissage facultatif**

La stérilisation

Mon inventaire







⇨ **Famille : à remplissage optionnel**

⇨ Un clic sur l'ampoule jaune à droite du champ "Famille" permet de créer les différentes familles d'instruments

La stérilisation


Mon inventaire






⇨ **Utilisé pour : à remplir de préférence**


⇨ Un clic sur l'ampoule jaune à droite de "Utilisé pour" permet de créer les familles d'utilisation des produits (par défaut on retrouve les mêmes familles créées pour les matériaux)



La stérilisation


Mon inventaire






⇨ **Utilisé pour : à remplir de préférence**

⇨ Mais comme pour "Matériovigilance et stock" à chacun de bien choisir les familles d'utilisation des matériaux (les types d'actes de la nomenclature par exemple endo, prothèse, paro etc…)




La stérilisation

Mon inventaire




- **Intérêt de remplir Utilisé pour :**
  - Si on rentre un acte de chirurgie
  - En triant par utilisation, seuls les articles de chirurgie seront présentés au choix
  - Le tri par utilisation ne laissera apparaitre que les instruments spécifiques aux types d'actes de la séance



La stérilisation


Mon inventaire



- **Emballage : à remplir**
- Un clic sur l'ampoule à droite du champ "Emballage" permet de créer les types d'emballage utilisés
- Type d'emballage par défaut : boite, sachet, plateau


La stérilisation


Mon inventaire



⇨ **Péremption (en jours)** : à remplissage obligatoire pour savoir quand re-stériliser du matériel non utilisé et dont la date de péremption arrive à échéance


⇨ La date de péremption en jours sera fonction du type d'emballage utilisé (30, 60 ou 90 jours)





La stérilisation


Mon inventaire



Le calcul pour la **durée de stérilisation** induisant la date de péremption pourra se faire avec ou sans critères plus précis

La stérilisation

Mon inventaire





⇨ Durée de stérilisation fonction


- ⇨ Du protecteur
- ⇨ De l'emballage
- ⇨ Du stockage
- ⇨ Du lieu de stockage


La stérilisation


Mon inventaire













La stérilisation

Mon inventaire




- **Praticien** : Dans les cabinets de groupe, possibilité de sélectionner le matériel pour tous ou par praticien
- Sélection du praticien à qui le matériel stérilisé appartient





La stérilisation


Mon inventaire



⇨**Favori** : quand la case est cochée, on peut ainsi classer les instruments qui sont utilisés le plus fréquemment dans une liste articles favoris









La stérilisation


Mon inventaire



La stérilisation

Mon inventaire






- **Salle** : à remplissage facultatif
  - Pour définir dans quelle salle l'article stérilisé sera stocké
  - Il n'est pas obligatoire de cocher les salles pour pouvoir noter les stérilisations dans les fiches patients
  - C'est juste si l'on sait où sera stocké obligatoirement l'article en fin de stérilisation

La stérilisation


Mon inventaire




- OK pour confirmer la création de l'article
- Le premier article est créé et enregistré dans la base des articles et ainsi de suite pour chaque article stérilisable
- Dupliquer pour dupliquer un instrument
- Annuler

La stérilisation

Mon inventaire






⇨ Lorsque tous les instruments unitaires stérilisables ont été renseignés, il est possible de créer des regroupements d'instruments, c'est à dire des instruments stérilisés dans le même contenant (boîte, tub, plateau, cassette etc…)

La stérilisation

Mon inventaire



Stérilisation LOGOSw - Docteur Ninon CREMONINI

Quitter | Import de fichiers | Recherches Historique | Stérilisateurs et maintenance | Aide

Articles libres | Mon inventaire

Tous les articles

Désignation des articles (sélection multiple par CTRL+clic)

Type d'article	Désignation	Favoris
Instrument	ARRACHE COURONNE	
Instrument	CISEAU	
Instrument	CISEAUX A SUTURES	
Instrument	CONTRE ANGLE BLEU	
Instrument	CONTRE ANGLE ROUGE	
Instrument	CONTRE ANGLE VERT	
Instrument	CURETTE	
Instrument	DAVIER BAS ENFANT	
Instrument	DAVIER BAS INCISIVE	
Instrument	DAVIER BAS MOLAIRE	
Instrument	DAVIER BAS PREMOLAIRE	
Instrument	DAVIER BAS RACINE	
Instrument	INSERT EMS DET	
Regroupement	KIT ENDO	
Regroupement	KIT EXAMEN SI	
Regroupement	KIT SOINS	
Instrument	MANCHE SCAL	
Instrument	MIROIR	
Instrument	PIECE A MAIN	
Instrument	PINCE COUPE C	

Créer | Modifier | Supprimer

Liste des cycles stérilisations — Créer un cycle

Date	Heure	Type	N° de cycle	Référence	Stérilisateur	Mode
06/10/2025	08:04	Stérilisation	000 000 485		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.
04/10/2025	09:51	Stérilisation	000 000 484		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.
10/07/2025	07:00	Stérilisation	000 000 482		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.
05/09/2018	09:14	Stérilisation	000 000 480		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.
06/08/2018	09:29	Stérilisation	000 000 479		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.
01/08/2018	09:43	Stérilisation	000 000 478		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.

N° de cycle : 000 000 480 — Modifier le cycle

Opérateur : NC — Le : 05/09/2018 à : 09:14


Imprimer la fiche du cycle | Invalider | Supprimer le cycle

Type de cycle : Cycle de stérilisation — Stérilisateur : UNIDENT AQUARIUS 40B

Mode : Vapeur - Prions 134°C 18 min. — Référence :

Patient


RRO Paule
OYAT Gisele
OYAT Gisele
RRO Paule



Clic sur "Créer"


La stérilisation

Mon inventaire




La stérilisation

Mon inventaire




La stérilisation

Mon inventaire



La stérilisation

Mon inventaire




⇨ **Utilisé pour : à remplir de préférence**

⇨ **Un clic sur l'ampoule jaune à droite de "Utilisé pour" permet de créer les familles d'utilisation des produits (par défaut on retrouve les mêmes familles créées pour les matériaux)**

La stérilisation


Mon inventaire



- **Utilisé pour : à remplir de préférence**
  - Mais comme pour "Matériovigilance et stock" à chacun de bien choisir les familles d'utilisation des matériaux (les types d'actes de la nomenclature par exemple endo, prothèse, paro etc…)

La stérilisation


Mon inventaire



- Intérêt de remplir Utilisé pour :
  - Si on rentre un acte d'endo
  - En triant par utilisation, seuls les articles d'endo seront présentés au choix
  - Le tri par utilisation ne laissera apparaitre que les instruments spécifiques aux types d'actes de la séance

La stérilisation

Mon inventaire




⇨ **Emballage : à remplir**

⇨ **Un clic sur l'ampoule à droite du champ "Emballage" permet de créer les types d'emballage utilisés**

⇨ **Type d'emballage par défaut : boite, sachet, plateau**

La stérilisation

Mon inventaire




⇨ **Péremption (en jours)** : à remplissage obligatoire pour savoir quand re-stériliser du matériel non utilisé et dont la date de péremption arrive à échéance

⇨ La date de péremption en jours sera fonction du type d'emballage utilisé (30, 60 ou 90 jours)


La stérilisation

Mon inventaire




La stérilisation


Mon inventaire





La stérilisation


Mon inventaire












La stérilisation


Mon inventaire



- **Praticien** : Dans les cabinets de groupe, possibilité de sélectionner le matériel pour tous ou par praticien
- Sélection du praticien à qui le matériel stérilisé appartient


La stérilisation

Mon inventaire




La stérilisation

Mon inventaire



La stérilisation

Mon inventaire




⇨**Salle** : à remplissage facultatif

- ⇨Pour définir dans quelle salle l'article stérilisé sera stocké
- ⇨Il n'est pas obligatoire de cocher les salles pour pouvoir noter les stérilisations dans les fiches patients
- ⇨C'est juste si l'on sait où sera stocké obligatoirement l'article en fin de stérilisation

La stérilisation


Mon inventaire




- OK pour confirmer la création du regroupement
- Le regroupement est créé et enregistré dans la base des articles et ainsi de suite pour chaque regroupement stérilisable
- Dupliquer pour dupliquer un regroupement en lui donnant un autre nom ou en modifiant un élément du regroupement
- Annuler

La stérilisation

Mon inventaire




Clic sur "Modifier" pour modifier un instrument ou un regroupement



La stérilisation


Mon inventaire



Clic sur "Supprimer" pour supprimer un instrument ou un regroupement


Message de confirmation avant suppression





La stérilisation

Mon inventaire




⇨Sélection de l'article à enlever

⇨Clic droit

⇨Puis clic sur supprimer

La stérilisation


Mon inventaire



La partie droite permet de gérer l'ensemble des cycles de stérilisation

La stérilisation

Mon inventaire




Dans la **partie supérieure**
la liste des cycles de stérilisations
effectués qui peut être triée
par ordre de date (ou ordre inversé)

Date	Heure	Type	N° de cycle	Référence	Stérilisateur	Mode
02/10/2025	15:29	Stérilisation	000 000 483		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.
01/10/2025	17:27	Stérilisation	000 000 482		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.
05/09/2018	09:14	Stérilisation	000 000 480		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.
06/08/2018	09:29	Stérilisation	000 000 479		UNIDENT AQUA	Vapeur - Prions 134°C 18 min.

La stérilisation


Mon inventaire



Dans la **partie centrale**
le descriptif, la fiche du cycle de stérilisation

La stérilisation


Mon inventaire



Dans la partie inférieure
Les articles du cycle de stérilisation
avec le nom de chaque instrument

La stérilisation


Mon inventaire



Dans la partie droite
En haut pour créer un nouveau cycle


La stérilisation

Mon inventaire



La stérilisation


Mon inventaire



En fonction des données mises dans Stérilisateurs et maintenance, des rappels de maintenance à réaliser


La stérilisation

Mon inventaire




La stérilisation

Mon inventaire



La stérilisation


Mon inventaire



Certains champs sont remplis par défaut et gardés en mémoire pour un prochain cycle de stérilisation, mais modifiables
Les autres sont à remplir


La stérilisation

Mon inventaire



La stérilisation


Mon inventaire




⇨**Opérateur** : les initiales de l'opérateur, remplissage automatique, mais modifiable

La stérilisation

Mon inventaire






⇨ **Date** : par défaut la date du jour mais modifiable par le calendrier à droite

La stérilisation


Mon inventaire



⇨ **Heure** : par défaut heure de la saisie, mais modifiable

La stérilisation

Mon inventaire




⇨ **Type de cycle** : par défaut cycle de stérilisation

⇨ Les cycles de test (Bowie&Dick, test Helix etc…) pourront être tracés au sein même du module de stérilisation (avec possibilité de stocker les photos ou scans des résultats)

La stérilisation


Mon inventaire



- **Mode** : à remplir par le combo box
- Remplissage obligatoire

La stérilisation


Mon inventaire



⇨ L'ampoule jaune en bout de champ permet d'ajouter ou de détruire des modes de stérilisation

La stérilisation


Mon inventaire



- **Complément** : à remplir par le combo box
- Remplissage obligatoire

La stérilisation


Mon inventaire



Stérilisateur ou autoclave utilisé
Référence de celui-ci
Remplissage automatique, après la première fois, mais modifiable
L'ampoule jaune en bout de champ permet d'ajouter, de détruire un stérilisateur

La stérilisation


Mon inventaire



Référence : À remplissage optionnel
Numéro du cycle interne au stérilisateur
(ou tout autre repère de son choix)

La stérilisation

Mon inventaire




Dans la partie centrale à droite (1)
le descriptif du cycle de stérilisation étant rempli,
Dans la partie gauche (2)
dans la liste des instruments ou regroupements,
on double clic sur les instruments ou
regroupements que l'on veut intégrer au cycle

La stérilisation

Mon inventaire


Dans la partie inférieure à droite
On retrouve les instruments ou regroupements de son choix intégrés au cycle de stérilisation



La stérilisation

Mon inventaire

On peut également se servir des flèches vertes avant et arrière pour ajouter un instrument ou un regroupement de la liste à gauche dans le cycle à droite (sélection et flèche vers la droite)
ou vis versa si on veut retirer un instrument du cycle (sélection et flèche verte vers la gauche)




La stérilisation

Mon inventaire

Pour un instrument ou un regroupement en plusieurs exemplaires

- Sélection de l'article
- Mettre le nombre d'articles identiques
- Clic sur la flèche verte dirigée vers la droite




La stérilisation

Mon inventaire


Quand tous les instruments ou regroupements à stériliser sont mis dans le cycle de stérilisation

- Clic sur "Sauver le cycle"
- Ou "Annuler" si on a fait une erreur ou oublié un article
- Le cycle de stérilisation est enregistré



La stérilisation

Mon inventaire




Sélection du cycle
puis clic sur "Modifier le cycle"

Si on a oublié un article dans un cycle de stérilisation sauvegardé
Sélection du cycle
Modifier le cycle
On rajoute ou on enlève

La stérilisation

Mon inventaire




Possibilité de rajouter ou d'enlever un ou des article(s) dans le cycle de stérilisation

Pour ajouter Sélection de l'article dans la liste de gauche et clic sur la flèche verte allant vers la droite

Pour enlever Sélection de l'article dans la liste à droite et clic sur la flèche verte allant vers la gauche

La stérilisation


Mon inventaire





Quand le cycle de stérilisation est terminé
On vérifie les testeurs placés dans le stérilisateur
On sélectionne dans le module de stérilisation le cycle qui vient d'être terminé
Clic sur modifier le cycle

La stérilisation

Mon inventaire








Mode : pour indiquer le mode de stérilisation utilisé

⇨ En bout de champ l'ampoule amène à la fenêtre des modes d'utilisation avec possibilité d'en rajouter ou d'en enlever

La stérilisation

Mon inventaire




Compléments :

- Indicateur test prions, conforme ou non-conforme
- L'ampoule à droite du champ ouvrant la fenêtre des compléments permettant d'ajouter ou de supprimer des compléments
- Dans cette case, on pourra éventuellement mettre les incidents, des indications complémentaires …

La stérilisation


Mon inventaire



Rajouter des documents

La stérilisation

Mon inventaire



Documents reliés au cycle de stérilisation que l'on peut


Scanner

Importer

Lire par un code barre

La stérilisation

Mon inventaire




⇨ Documents

- ⇨ On scanne le ticket de stérilisation (scan intégré), le test-prions…
- ⇨ On importe le fichier informatique de la carte-mémoire ou tout autre fichier informatique
- ⇨ Les documents sont associés au cycle de stérilisation

La stérilisation


Mon inventaire

- Quand tous les documents que l'on veut associer sont rentrés et que tout est rempli
- Clic sur Sauver le cycle
- Le cycle de stérilisation est enregistré



La stérilisation


Mon inventaire



➪ **Imprimer la fiche du cycle** : pour imprimer la fiche du cycle sélectionné

La stérilisation


Mon inventaire



La stérilisation

Mon inventaire


Le cycle s'est mal passé
Clic sur **Invalider**
Message de confirmation
Cycle invalidé
On en garde une trace



Le numéro de cycle est conservé
Le cycle est noté "invalidé"

La stérilisation

Mon inventaire




Cycle invalidé
On en garde une trace

Le numéro de cycle est conservé
Le cycle est noté "invalidé"

Tous les articles sont cochés comme utilisés
et donc à re-stériliser

La stérilisation

Mon inventaire



Le cycle s'est mal passé

Clic sur **Supprimer le cycle**


Message de confirmation

Cycle supprimé

Mais plus de trace

La stérilisation

Mon inventaire




Quand le cycle
s'est bien passé
Impression des étiquettes

La stérilisation

Mon inventaire

Possibilité d'imprimer
qu'une seule étiquette
Sélection de l'article
Petite flèche en bout de champ
Imprimer



La stérilisation

Mon inventaire



- Autre façon : Si on ne veut imprimer qu'une seule étiquette
- Après sélection du cycle de stérilisation
- Clic droit sur l'article dont l'étiquette est à refaire
- Clic sur "Imprimer l'étiquette sélectionnée"

La stérilisation

Mon inventaire



⇨ Le cycle de stérilisation étant créé et valide

⇨ Il ne restera plus qu'à imprimer les étiquettes à codes-barres qui seront collées sur les sachets stérilisés

La stérilisation

Mon inventaire



Impression des étiquettes de codes barres

Celles-ci seront alors collées sur les articles stérilisés

Aucun intérêt d'imprimer les étiquettes avant la stérilisation

Si le cycle est à refaire pour quelque raison que ce soit, il faudrait jeter les étiquettes et refaire une impression avec les paramètres du nouveau cycle

Traçabilité en fiche patient

- L'idéal
- Avoir une douchette, lecteur de codes barres



En fin de séance de soins

- ⇨On rentre les actes effectués
- ⇨On scanne les codes-barres des différents sachets ouverts

La douchette enregistre
Émission de BIP




La traçabilité est terminée

- ⇨En fiche patient apparaissent l'acte effectué et les instruments utilisés qui ont été scannés

	13/04/2017	15:26	EXTD1	Extraction dent définitive	46	HBGD036	33.44 €		S		NC
	13/04/2017	15:30								Articles de stérilisation: 000 000 413 013 - 000 000 413 003	NC

Traçabilité en fiche patient

- Si on ne dispose pas d'une douchette, lecteur de codes barres
- On rentre les actes effectués
- Puis on clique sur l'icône de stérilisation



Les articles utilisés sont enregistrés, à partir de la fenêtre qui s'ouvre

Double clic sur les articles utilisés




Les articles utilisés sont en bas de la fenêtre

La traçabilité est terminée


- La partie haute de la fenêtre répertorie tout ou une partie (si filtrage) des articles stérilisés en stock,
- On double clique sur les articles utilisés
- Les articles utilisés apparaissent dans la partie basse
  - On valide en cliquant sur Valider
  - La fenêtre se referme
- La ligne bureautique est créée

Les articles utilisés disparaissent de la liste des articles utilisables



- ⇨ Chaque fois qu'un article a été utilisé, il est coché, indiquant qu'il a été utilisé
- ⇨ Les articles utilisés disparaissent au fur et à mesure de la liste des articles utilisables

Traçabilité en fiche patient






- Possibilité de mettre dans une fiche patient en une seule fois (une seule ligne bureautique) : 15 sachets de stérilisation (250 caractères soit 15 articles maxi par ligne)
- On peut scanner des articles en plusieurs fois dans la même séance et n'avoir toujours qu'une seule ligne bureautique
- Au delà de 15 articles, une nouvelle ligne bureautique se crée


Dans la fiche patient

	13/04/2017	15:26	EXTD1	Extraction dent définitive	46	HBGD036	33.44 €		S		NC
	13/04/2017	15:30								Articles de stérilisation: 000 000 413 013 - 000 000 413 003	NC

- Pour éviter une fausse manœuvre ☹(((
- Suppression d'une ligne de stérilisation par erreur
- Message de demande de confirmation




Dans la fiche patient




- **Solution de rattrapage :**
  - Si on a fait une erreur de fiche
  - Dans ce cas il faut supprimer la ligne bureautique de stérilisation
  - Les articles correspondants sont représentés de nouveau au choix pour un autre patient

Traçabilité en fiche patient




Double clic dans ligne de stérilisation


Fiche détaillée du cycle de stérilisation




Traçabilité en fiche patient





⇨On peut afficher ou non cette ligne bureautique de stérilisation







Traçabilité en fiche patient










Choisir la couleur d'affichage


Traçabilité en fiche patient



- Possibilité d'imprimer
  - La liste des instruments utilisés pour le RDV
  - La liste de tous les instruments utilisés pour le patient
  - La fiche du cycle sélectionné
- Un clic droit : prévisualisation avant impression

La stérilisation


Gestion des péremptions



- Permet de gérer tous les articles stérilisés qui seront périmés
  - Dans les 7 jours par défaut
  - Dans "n" jours, pour prévoir les stérilisations à refaire
- On aura ainsi, la liste des articles qui seront concernés par la péremption et devront être re-stérilisés

La stérilisation


Gestion des péremptions




⇨ En haut à droite de l'icône de re-stérilisation, dans un petit carré rouge, le nombre d'articles périmés dans 7 jours par défaut

La stérilisation

Gestion des péremptions




La stérilisation



Gestion des péremptions

La stérilisation


Gestion des péremptions



- Si la case Afficher cette liste sur ce poste au démarrage de LOGOSw est cochée
- La liste des instruments qui seront périmés dans 7 jours et à re-stériliser s'affichera à l'ouverture de LOGOSw

La stérilisation


Gestion des péremptions



- À l'ouverture de LOGOSw, affichage des articles qui seront périmés dans 7 jours et à re-stériliser
- Possibilité d'imprimer cette liste

La stérilisation

Gestion des péremptions




- ⇨ Possibilité d'imprimer cette liste
- ⇨ Un clic droit donne une prévisualisation avant impression

La stérilisation

Gestion des péremptions

- Autre façon de gérer les péremptions
- Passage par Recherches Historique
- Nombre de jours désiré
- Réaliser la recherche



La stérilisation

Gestion des péremptions

Stérilisation LOGOSw - Docteur Ninon CREMONINI

Quitter | Re-stérilisation d'articles périmés 20 | Import de fichiers | Recherches Historique | Stérilisateurs et maintenance | Aide

Articles libres

Liste des cycles stérilisations — Créer un cycle

Date	Heure	Type	N° de cycle	Référence	Stérilisateur
10/07/2025	08:04	Stérilisation	000 000 485		UNIDENT AQUA Vapeur - Prions 134°C 18 min.
04/10/2025	09:51	Stérilisation	~~000 000 484~~		UNIDENT AQUA Vapeur - Prions 134°C 18 min.
01/10/2025	17:27	Stérilisation	000 000 482		UNIDENT AQUA Vapeur - Prions 134°C 18 min.
05/09/2018	09:14	Stérilisation	000 000 480		UNIDENT AQUA Vapeur - Prions 134°C 18 min.
06/08/2018	09:29	Stérilisation	000 000 479		UNIDENT AQUA Vapeur - Prions 134°C 18 min.
01/08/2018	09:43	Stérilisation	000 000 478		UNIDENT AQUA Vapeur - Prions 134°C 18 min.

N° de cycle : 000 000 485 — Modifier le cycle — Imprimer la fiche du cycle

Opérateur : NC — Le : 10/07/2025 à : 08:04 — Invalider — Supprimer le cycle

Recherches - Historique

Quitter


Imprimer la liste des articles

- ⇨ Possibilité d'imprimer cette liste
- ⇨ Un clic droit donne une prévisualisation avant impression


Rechercher les articles non utilisés et périmés dans (jours) : 20 — Réaliser la recherche

Article non défini

Article non défini




La stérilisation





- Après avoir éditer la liste des articles à re-stériliser
- On recherchera dans les tiroirs tous les articles portant le numéro des lots listés
- On les prépare pour une autre stérilisation
- On recrée un cycle de stérilisation avec ces instruments

La stérilisation




- On coche les articles périmés qui ont été re-stérilisés
- On peut aussi utiliser Tout cocher ou Ne rien cocher
- On valide par Valider
- La liste est remise à jour


Stérilisation LOGOSw - Docteur Ninon CREMONINI
Quitter
Imprimer la Fiche du cycle
Imprimer les étiquettes des Articles
Re-stérilisation d'articles périmés
Import de fichiers
Recherches historique
Aide
Traçabilité complète
Gestion des péremptions
Gestion des péremptions
Rechercher les articles non utilisés et périmés dans (jours) :
7
Réaliser la rech
Re-stérilisation réalisée
Désignation
Numéro
Ref. cycle
Emballage
Péremption
⇨ Un article stérilisé est proposé au choix aussi longtemps qu'il n'a pas été utilisé
⇨ Un article utilisé a
⇨ une date d'utilisation
⇨ et un numéro de patient
Tout cocher
Ne rien cocher
Vous pouvez aussi directement scanner les étiquettes
Valider
Annuler
Imprimer
Afficher cette liste sur ce poste au démarrage de LOGOSw


Stérilisation LOGOSw - Docteur Ninon CREMONINI
Quitter
Imprimer la Fiche du cycle
Imprimer les étiquettes des Articles
Re-stérilisation d'articles périmés
Import de fichiers
Recherches Historique
Aide
Traçabilité complète
Gestion des péremptions
Gestion des péremptions
Rechercher les articles non utilisés et périmés dans (jours) :
Re-stérilisation réalisée
Désignation
Numéro
Ref. cycle
Emballage
Pérempti
⇨ Pour qu'un instrument périmé sans date d'utilisation et de numéro de patient ne soit représenté au choix
⇨ Il faut indiquer qu'on l'enlève puisque pour une raison X il a été re-stérilisé
⇨ L'article est ainsi enlevé des articles stérilisés utilisables
Tout cocher
Ne rien cocher
Vous pouvez aussi directement scanner les étiquettes
Valider
Annuler
Imprimer
Afficher cette liste sur ce poste au démarrage de LOGOSw


Impression des étiquettes




Paramétrage de l'imprimante qui va éditer les codes barres
Paramétrage des étiquettes choisies

Exemple

Impression des étiquettes




Impression des étiquettes



Choix de l'imprimante

- Soit l'imprimante habituelle du cabinet avec des planches A4 d'étiquettes autocollantes
- Soit une imprimante dédiée style Dymo avec des rouleaux d'étiquettes

Impression des étiquettes




Pour une imprimante à étiquettes style dymo

- Paysage
  - Les étiquettes sont en rouleau et sortent de gauche à droite

Pour des planches A4 d'étiquettes pour une imprimante jet d'encre ou laser


- Portrait
  - Les feuilles d'étiquettes A4 sortent de haut en bas

Impression des étiquettes



- Paramétrage du format d'étiquettes choisi en millimètres
  - Décalage haut, et inter-étiquettes entre deux étiquettes de front
  - Décalage gauche du positionnement de l'étiquette
  - Inter-étiquettes entre deux étiquettes qui se suivent
  - Nombre d'étiquettes de front sur la même ligne
  - Nombre d'étiquettes par planche sur une feuille d'étiquettes
  - Pour les étiquettes en rouleau (1 étiquette à la fois) donc juste inter-étiquettes entre chaque étiquette


Impression des étiquettes



- Cochez la case Imprimer
  - Le code-barre sera imprimé sur l'étiquette
- En fonction du format d'étiquettes on ajuste les valeurs du positionnement et des dimensions du code barre sur l'étiquette
  - Soit les valeurs par défaut
  - Soit des valeurs compatibles avec le format choisi




Impression des étiquettes



- Cochez la case Imprimer
  - Le libellé de l'article sera imprimé sur l'étiquette
- Libellé optionnel : si on a donné un nom à chaque article, ne pas remplir car il apparaitra sur l'étiquette si on a coché "Imprimer" sauf si on veut rajouter un détail supplémentaire




Impression des étiquettes



- Cochez la case Imprimer
  - Le numéro de l'article sera imprimé sur l'étiquette
- Celui-ci sera mis automatiquement en fonction des articles mis dans un cycle de stérilisation
- Juste à régler
  - La position de cette impression sur l'étiquette
  - La police
  - La taille
  - Le format gras ou italique




Impression des étiquettes



- La date s'affichera si on coche la case "imprimer"
- Si on veut que le libellé "Date de péremption" apparaissent en toutes lettres, on l'écrit dans la case "Libellé optionnel"
- On règle ensuite
  - La position de cette inscription sur l'étiquette
  - La police
  - La taille
  - Le caractère gras ou italique




Impression des étiquettes




- En cochant la case "Imprimer" les initiales du praticien s'afficheront automatiquement
- Dans la case "Libellé optionnel" on pourra mettre le nom ou les initiales de la personne qui réalise le cycle de stérilisation
- On règle ensuite
  - La position de cette inscription sur l'étiquette
  - La police
  - La taille
  - Le caractère gras ou italique


Impression des étiquettes



- Pour que le nom du stérilisateur apparaisse sur les étiquettes on coche la case "Imprimer"
- Dans la case "Libellé optionnel" on pourra mettre un détail supplémentaire
- On règle ensuite
  - La position de cette inscription sur l'étiquette
  - La police
  - La taille
  - Le caractère gras ou italique




Impression des étiquettes




- Si on veut que le type d'emballage apparaisse sur les étiquettes on coche la case "Imprimer"
- Dans la case "Libellé optionnel" on pourra mettre un détail supplémentaire
- On règle ensuite
  - La position de cette inscription sur l'étiquette
  - La police
  - La taille
  - Le caractère gras ou italique

Impression des étiquettes




- Si on veut que date de stérilisation apparaisse sur les étiquettes on coche la case "Imprimer"
- Si on veut que le libellé "Date de stérilisation" apparaissent en toutes lettres, on l'écrit dans la case "Libellé optionnel"
- On règle ensuite
  - La position de cette inscription sur l'étiquette
  - La police
  - La taille
  - Le caractère gras ou italique

Impression des étiquettes



- Si on veut que la référence du cycle apparaisse sur les étiquettes on coche la case "Imprimer"
- Si on veut que le libellé apparaisse en toutes lettres, on l'écrit dans la case "Libellé optionnel"
- On règle ensuite
  - La position de cette inscription sur l'étiquette
  - La police
  - La taille
  - Le caractère gras ou italique

Impression des étiquettes



- Si on veut que le nom du praticien apparaisse sur les étiquettes on coche la case "Imprimer" (cas d'une assistante qui réalise la stérilisation pour plusieurs praticiens)
- Si on veut que le libellé apparaisse en toutes lettres, on l'écrit dans la case "Libellé optionnel"
- On règle ensuite
  - La position de cette inscription sur l'étiquette
  - La police
  - La taille
  - Le caractère gras ou italique


Impression des étiquettes



Possibilité de rajouter au contenu de l'étiquette

- ⇨ **Un libellé**
- ⇨ **Une image**
- ⇨ **Une ligne horizontale**
- ⇨ **Une ligne verticale**

















Impression des étiquettes



⇨On paramètre la position de ce libellé

Impression des étiquettes






- Par le petit classeur en bout de champ, choix de l'image à rajouter (image présente dans l'ordi)
- Paramétrage de sa position






Impression des étiquettes



Trait horizontal optionnel

Ajouter :



Imprimer

Toutes les dimensions sont en millimètres


⇨On paramètre la position de la ligne


Marge gauche (X) 0

Largeur 85

Marge haute (Y) 0

Impression des étiquettes





⇨On paramètre la position de la ligne

Impression des étiquettes





- Le paramétrage se fait la première fois
- Si on ne change pas le format d'étiquettes, il reste enregistré pour les étiquettes à imprimer pour chaque cycle de stérilisation suivant